








Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 3
Назначение	Медицинский персонал Представительств ТОО «B.V.NURA» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.10	Редакция	001	
Название	ОБРАЩЕНИЕ С КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ					
Разработано	Директор по операционно-клинической деятельности		Кондратьева О.О.			
Согласовано	Медицинский директор		Аубакиров М.Е.			
Подписано	Генеральный директор		Эргезер М.Ф.			
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «B.V.NURA» № 14 от 27.03.2017 г.					
К внедрению с	01.04.2017 г.					

Цель:

- Обеспечить безопасное обращение с колюще-режущими предметами,
- Внедрить методику безопасного выполнения работ с минимальным риском инфицирования и повреждения,
- Обеспечить использование стандартных мер предосторожности в целях снижения риска распространения микроорганизмов от известных и потенциальных источников инфекции, профессионального заражения и инфицирования пациентов.

№	Положения	
1.	К колюще-режущим предметам относятся иглы и все колющие и режущие предметы, а также стеклянные ампулы или битые стеклянные флаконы для инъекций/инфузий, инфицированные или потенциально инфицированные биологическими жидкостями.	
2.	Перед любой манипуляцией с колюще-режущими предметами, работник должен заранее спланировать свои действия, в том числе, касающиеся их обезвреживания.	
3.	Незамедлительно после использования все колюще-режущие предметы должны быть помещены в специально предназначенные для их сбора контейнеры безопасной утилизации (КБУ).	
4.	Контейнеры безопасной утилизации должны присутствовать в достаточном количестве и иметься во всех зонах, где используются колюще-режущие предметы.	
5.	Запрещается размещать контейнеры для сбора колюще-режущих предметов в местах, где они могут быть легко опрокинуты, а также в труднодоступных для персонала зонах.	
6.	Недопустимо размещать контейнеры на рабочей поверхности манипуляционного стола.	
7.	Допустимо размещение КБУ на полу, подножке диализного аппарата, нижних полках манипуляционных столов, либо на отдельном столе, отведенном для емкостей с растворами дезинфицирующих средств.	
8.	Допустимо крепление контейнеров для сбора колюще-режущих предметов к манипуляционным столам с единственной рабочей поверхностью кронштейнами, ниже уровня рабочей поверхности.	
9.	При использовании КБУ из картона, коробки должны использоваться в полностью собранном виде.	  <p style="text-align: center;">правильно неправильно</p>
10.	На контейнерах для сбора колюще-режущих предметов должна присутствовать маркировка с указанием даты начала использования, подписи лица, маркирующего контейнер, названия отделения/центра.	
11.	Между манипуляциями все контейнеры должны находиться в закрытом состоянии.	

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.10	Редакция	001	Страница	2 из 3	
Название	ОБРАЩЕНИЕ С КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ									

12.	Запрещено надевать колпачок на иглу после использования, сгибать или ломать иглы, пытаться снимать иглы с использованных одноразовых шприцев без применения специальных приспособлений. Фистульные иглы и иглы от шприцев должны подвергаться обезвреживанию целиком.
13.	Запрещено передавать колюще-режущие предметы из рук в руки, переносить использованные иглы в руках около диализного аппарата и/или по диализному залу.
14.	При извлечении фистульных игл, коробки безопасной утилизации должны располагаться в максимальной близости к медработнику, извлекающему иглу. По возможности, диализный аппарат должен располагаться на той же стороне, что и сосудистый доступ.
15.	Запрещается повторно брать использованные колюще-режущие предметы в руки.
16.	Рассыпавшиеся колюще-режущие предметы собираются любым безопасным способом, включая использование магнитов.
17.	Внешние поверхности контейнеров для сбора колюще-режущих предметов обрабатываются соответствующим дезинфицирующим средством во время текущих уборок, но не реже 2 (двух) раз за рабочую смену, а так же в случае загрязнения кровью.
18.	Контейнеры для острых инструментов должны заменяться при наполнении на $\frac{3}{4}$ объема, но не реже, чем 1 раз в 3 суток.
19.	Все заполненные, маркированные соответствующим образом, контейнеры должны быть перемещены в помещение, предназначенное для хранения отходов класса Б.
20.	Внимание: заполнение контейнера для сбора колюще-режущих предметов раствором дезинфицирующего средства требуется лишь в том случае, если в медицинской организации отсутствует централизованная или децентрализованная система обезвреживания отходов, и ОБЯЗАТЕЛЬНО при лечении туберкулез-позитивных пациентов (даже с закрытой формой).

Составлено на основании:


- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения", утверждены Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан №127 от 24.02.2015 года,
- СП "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 176 от 28.02.2015 года.

Связанные документы:

№	тип	название
МЕД-Д2	Руководство	Стандартные меры инфекционной безопасности
МЕД-Д2/1.0	Алгоритм	Стандартные меры инфекционной безопасности
МЕД-Д2/1.12	Алгоритм	Экстренная профилактика профессионального заражения медицинских работников инфекциями с парентеральным путем передачи
МЕД-Д2/1.13	Алгоритм	Асептическая техника выполнения инвазивных манипуляций

Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	27.03. 2017	14	Алгоритм МЕД-Д2/1.10-001 «Обращение с колюще-режущими предметами» введен впервые.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Д2/1.10	Редакция	001	Страница 3 из 3	
Название	ОБРАЩЕНИЕ С КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИМИ ПРЕДМЕТАМИ								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				