












Тип документа	АЛГОРИТМ					Страница 1 из 3
Назначение	Медицинский персонал всех Представительств ТОО «В.В.НУРА» в Республике Казахстан					
Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Е2/4	Редакция	001	
Название	УДАЛЕНИЕ ФИСТУЛЬНЫХ ИГЛ					
Составлено	Главная медицинская сестра	Кондратьева О.О.				
Согласовано	Медицинский директор	Аубакиров М.Е.				
Подписано	Генеральный директор	Эргезер М.Ф.				
Утверждено	Приказом Генерального директора ТОО «В.В.НУРА» № 32 от 14.06.2017 г.					
К внедрению с	19.06.2017 г.					

Цель:

- Предотвратить развитие осложнений в области артериовенозного доступа.
- Убедиться в том, что в кровотечение в местах пункции артериовенозного доступа остановлено.
- Поддерживать проходимость артериовенозного доступа.

№	Положения	Пояснения, иллюстрации	
1.	Перед отключением пациента от аппарата необходимо подвинуть манипуляционный столик таким образом, чтобы контейнер для колюще-режущих отходов класса Б находился ближе, чем на расстоянии вытянутой руки от сосудистого доступа пациента.	Запрещено передавать колюще-режущие предметы из рук в руки, переносить использованные иглы в руках около диализного аппарата и/или по диализному залу.	
2.	Перед началом отключения пациента от процедуры диализа на нефистульную руку пациента (руки ассистента) следует надеть одноразовую(-ые) перчатку(-и).		
3.	Отклеить фиксирующий пластырь на фистульной игле.		
4.	Марлевый шарик приложить к месту входа иглы в кожу. Не давить!	<p>Асептично</p> 	<p>Неасептично</p> 
5.	Аккуратно удалить иглу из сосуда под углом 20° к коже. Удерживать иглу в руке, соблюдая меры предосторожности.	Запрещено укладывать иглу после удаления на любые поверхности. Запрещено надевать колпачок на иглу. Фистульная игла после удаления должна быть помещена в контейнер для сбора колюще-режущих отходов класса Б.	
6.	Как только игла вышла из кожи, прижать место пункции АВФ марлевым шариком.		
7.	Попросите пациента перехватить марлевый шарик из Вашей руки и прижимать его к месту пункции двумя пальцами под углом 90°.	Убедитесь, что пациент применяет адекватную силу давления («трель» фистулы сохраняется, салфетка не промокает кровью).	
8.	Переместить фистульную иглу в контейнер для колюще-режущих предметов.		

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Е2/4	Редакция	001	Страница 2 из 3	
Название	УДАЛЕНИЕ ФИСТУЛЬНЫХ ИГЛ								

9.	Повторить те же манипуляции со второй иглой.	<p>Длительность кровотечения оценивается (>10мин, ≤10 мин). Результат фиксируется в диализной карте пациента.</p> 
10.	После окончательной остановки кровотечения методом пальцевого прижатия места пункции фистулы заклеиваются гемостатическим биндажом.	

Составлено на основании:


- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утверждены Приказом и.о. министра национальной экономики Республики Казахстан от 24.02.2015 №127.
- СП «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28.02.2015 года № 176.
- Vascular Access. Cannulation and Care. A Nursing Best Practice Guide for Arteriovenous Fistula. Second edition: September 2015. European Dialysis and Transplant Nurses Association/ European Renal Care Association (EDTNA/ERCA),
- NKF KDOQI Clinical Practice Guidelines and recommendations: Vascular Access, 2006,

Связанные документы:

№	тип	название
МЕД-Д2	Руководство	Стандартные меры инфекционной безопасности
МЕД-Д2/1.10	Алгоритм	Обращение с колюще-режущими предметами
МЕД-Е2	Руководство	Артериовенозный доступ: пункция, предотвращение смещения игл, удаление игл

Список изменений:

№ ред.	дата	№ приказа	перечень изменений
001	28.04.2016	28	Алгоритм М-Е3/1 «Удаление фистульных игл» введен впервые.
001	14.06.2017	32	Изменение нумерации с М-Е3/1 на МЕД-Е2/4 без изменения содержания.

Тип	АЛГОРИТМ	Код	ББН-VIII/01	Номер	МЕД-Е2/4	Редакция	001	Страница 3 из 3	
Название	УДАЛЕНИЕ ФИСТУЛЬНЫХ ИГЛ								

Список ознакомления с документом

№	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				